

COVID-19 PANDEMİSİNE KARŞI ALINAN TEDBİRLER VE UYGULANAN TESTLER



İHKİB
İSTANBUL HAZIR GİYİM VE
KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ



NİLGÜN ÖZDEMİR
Ekoteks Yönetim Kurulu Başkanı

22.04.2020


Kurumunuzun Covid-19 kapsamında kurum içi tedbirlerimiz:

- COVID-19 vakalarının ülkemizde görünme riskinin ortaya çıkabileceği değerlendirildiği andan itibaren 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla çalışanlarımıza uyulması gereken hijyen ve sağlık kurallarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.
- Çalışma alanları ile ortak alanlardaki temizlik sıklığı arttırılmıştır; firma geneli ve tüm temas alanlarımız belirli periyotlar ile mesai saatleri dışında dezenfekte edilmiştir.
- İş yerinde giriş-çıkış noktalarında ve bölümlerin içerisinde el dezenfektanları yerleştirilmiş ve kullanımı sağlanmıştır.
- Çalışanlarımızın kullanımına yönelik koruyucu maske ve eldiven düzenli aralıklarla dağıtımı yapılmıştır.
- Laboratuvarımıza ziyaretçi girişine ve görüşmelere kısıtlamalar getirilmiştir. Firma dışındaki iş ortaklarımızla tüm görüşmeler telefon / e-mail ortamında yapılmakta olup gerekli toplantılar telekonferans yoluyla sağlanmaktadır.
- Yemekhane ve çay servisinde minimum temas olması açısından yeni uygulama ve ilave tedbirler alınmıştır.
- Çalışanlarımızın ulaşımını sağlayan servis araçları alınan önlemler kapsamında dezenfekte edilmiştir.
- Çalışma alanları ile ortak alanlardaki yoğunluğu azaltmak ve “sosyal mesafe” kuralına uyabilmek için minimum personel ile asgari çalışma düzenine geçilmiştir.
- Covid-19 salgınından korunmak için yapılması gerekenleri tüm çalışanlarımıza daha da detaylı aktarabilmek için ve ilave bilgilendirme yapabilmek adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan dokümanlar “Bilgilendirme Videosu” haline getirilerek tüm çalışanlarımız ile mail yoluyla paylaşılmıştır.
- Gelişen ani durumlarda (Sokağa çıkma yasağı vb.) sabit hatlardan ulaşılamadığı durumlarda 0 533 683 95 48 numaralı GSM hattı iş ve iletişim sürekliliğini devam ettirmek için tahsis edilmiştir.


EN 14683 CERRAHİ MASKE



EN 14683:AC: EK B:2019 Bakteriyel Filtrasyon Etkinliği (BFE)



EN 14683: AC: EK C: 2019
Breathability
Nefes Alabilirlik



EN ISO 11737-1
Mikrobiyal Yük
(Bioburden)

Numune miktarı: En az 15 adet bitmiş ürün ya da maske tipine göre katlı halde dikili 1,5 metre kumaş Numuneler kapalı, steril poşette gönderilmelidir.


EN 13795-1 Cerrahi Kiyafetler



EN ISO 11737-1
Mikrobiyal Yük
(Bioburden)




EN ISO 811
ISO 16604
ISO 16603
Sıvı Penetrasyon



EN ISO 29073-3
Dikiş Mukavemeti
(yaş/kuru)



EN ISO 13938-1
Patlama
Mukavemeti



EN ISO 22610
Mikrobiyal
Penetrasyon (yaş)

Numune miktarı: 2 adet bitmiş ürün ya da min. 2,5 metre kumaş


EN 14126 performans testleri (fiziksel ve kimyasal)

EN 14325 Mekanik ve Kimyasal maddelere karşı


Koruyucu giyecek malzemesi, dikişleri, birleşim yerleri ve birleştirmelerinin deney metotları ve performans sınıflandırması



EN ISO 9073-4
Yırtılma



EN ISO 13935-2
Dikiş Mukavemeti



EN ISO 12947-2
Aşınmaya Karşı Dayanım



EN ISO 13934-1
Kopma



EN 14325
Aparatlar-çekme kuvveti



EN 6530- Su iticiliği
EN 20811- Su geçirmezlik




EN 13274-4
Yanma

EN 863
Delmeye Karşı Dayanım


EN ISO 7854-C
Bükülme Dayanımı

Numune miktarı: 2 adet bitmiş ürün ya da min. 2,5 metre⁵ kumaş

DEZENFEKTAN ve ANTİSEPTİKLER



TS EN 1276 :2019
Dezenfektanlar ve bakterisidal aktivitelerinin değerlendirilmesi



TS EN 1650:2019
Mantar oluşması veya mayalanmanın değerlendirilmesi



Kimyasal Etken Madde Analizi
Ürünün ekten maddesine göre çeşitli entrümental ve fiziksel testler



Stabilite testi
Ürünün ekten maddesine göre çeşitli entrümental ve fiziksel testler yardımı ile 4 hafta/3 ay/6 ay/ 12 ay/24 ay

- Fiziksel, kimyasal, yanmazlık, haslık, mikrobiyolojik, oyuncak, çakmak, kozmetik ve atıksu alanında; Ekoteks Laboratuvarında akredite 264 standart bulunmaktadır.

ekoteks.com/tr/hizmetler/test-hizmetleri

- 49 yeni standarttan akredite olmayı hedeflemektedir.
- Cerrahi maskeler, koruyucu kıyafetler ve dezenfektanlar üzerine 34 farklı test metodu uygulanmaktadır.

ISO 18184:2019 Tekstil ürünlerinin antiviral aktivitesi

Örnek virüs ve konak hücreleri

	INFLUENZA VİRÜS	FELINE KALİSİVİRÜSÜ
VİRÜS YÜKÜ	Influenza A virus (H3N2):A/Hong Kong/8/68:TC adapted ATCC VR-1679 Influenza A virus (h1N1): A/PR/8/34:TC adapted ATCC VR-1469	Feline calicivirus strain: F-9 ATCC VR-782
KONAK HÜCRE	MDCK cell (dog kidney cell origin) ATCC CCL-34	CRFK cell (cat kidney cell origin) ATCC CCL-94
BÜYÜME ORTAMI	EMEM	RPMI 1640



SORU VE CEVAP

TEŞEKKÜRLER, SAĞLIKLI GÜNLER...